

Số: 53/TM-TTYT

Hà Trung, ngày 20 tháng 9 năm 2023

THƯ MỜI BÁO GIÁ

**V/v mua 01 bộ máy siêu âm Doppler màu 4D phục vụ công tác KCB
tại Trung tâm Y tế huyện Hà Trung**

Kính gửi: Các đơn vị/nhà cung cấp trang thiết bị y tế

Để phục vụ công tác khám chữa bệnh tại Trung tâm y tế huyện Hà Trung.

Đơn vị cần tham khảo giá 01 bộ máy siêu âm Doppler màu 4D nên đơn vị kính mời các đơn vị/nhà cung cấp trang thiết bị y tế quan tâm, có khả năng cung cấp tham gia báo giá cung 01 bộ máy siêu âm Doppler màu 4D cụ thể như sau:

- Danh mục báo giá (chi tiết theo phụ lục đính kèm).

- Địa chỉ nhận báo giá: Phòng Hành chính tổng hợp - Trung tâm Y tế huyện Hà Trung; Tiểu khu 6, thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa (SĐT liên hệ: 02373.836.941).

- Yêu cầu báo giá: 01 bản chính bằng tiếng Việt có đầy đủ dấu và chữ ký của lãnh đạo đơn vị và các tài liệu đính kèm như thông số kỹ thuật, catalogue ... Báo giá có thể gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

- Thời hạn nhận báo giá: trước 17 giờ 00 phút ngày 03/10/2023.

Lưu ý: Báo giá là giá đã bao gồm thuế VAT, chi phí lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, chi phí bảo hành tại Trung tâm Y tế huyện Hà Trung và các loại chi phí khác. Chủ đầu tư không phải trả thêm bất cứ khoản chi phí nào.

Hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày.

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý đơn vị/nhà cung cấp./.


Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Website TTYT;
- Lưu: HCTH.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Chí Đoan

**PHỤ LỤC HÀNG HÓA**
(Kèm theo *Thư mời báo giá* số: 53/TM-TTYT ngày 20/9/2023
của *Trung tâm Y tế huyện Hà Trung*)

Các đơn vị/nhà cung cấp báo giá có tối thiểu của 01 bộ máy siêu âm Doppler màu 4D với cấu hình cụ thể như sau:

1. Có 03 đầu dò:

- + 01 Đầu dò Linear (38mm, 5.0 - 12.0MHz)
- + 01 Đầu dò Convex (R60, 2.0 - 5.0 MHz)
- + 01 Đầu dò 4D (R40, 4.0 - 7.0MHz) và phần mềm 4D.

2. Thân máy chính

- Có các cổng kết nối: 3- 4 cổng USB, 01 cổng video, 01 cổng S video, 01 cổng HIMI, 01 cổng VGA, 01 cổng LAN.
- Có 01 bàn đạp điều khiển từ xa (foot Sw);
- Có 01 màn hình từ 18 inch trở lên
- Có 01 ổ cứng lưu trữ dữ liệu từ 480 Gb trở lên; Đầu DVD – RW; 4 khe cắm đầu dò
- Các Model và chế độ hiển thị: B, 2B, 4B, M, B/M, CFM, B/C, B + CFM, B + CPA, B + DPA, B + PW, B + CFM + PW, B+CPA + PW

3. Bộ máy vi tính kèm máy in phun màu: Có thể kết nối được với bộ máy siêu âm để hiển thị và in kết quả trả cho bệnh nhân (đề nghị ghi rõ cấu hình chi tiết, thương hiệu của máy).

4. Các yêu cầu khác: Máy sử dụng nguồn điện 220V; Bảo hành tối thiểu 12 tháng, nếu có sự cố thì Đơn vị phải có có mặt tại đơn vị để bảo hành, tất cả các phát sinh trong quá trình bảo hành thì nhà cung cấp phải chịu trách nhiệm chi trả.